

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Набір реагентів для виявлення ДНК <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (100 тестів) код 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 (код 50551 Бореліоз, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот за НК 024:2023)
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями (у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України № 1178 від 12.10.2022 року)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-05-09-013337-a

4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.			
		Назва предмету закупівлі	Класифікатор медичних виробів НК 024:2023	К-сть	Технічні вимоги
		Набір реагентів для виявлення ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (100 тестів)	50551 Бореліоз нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот	1 набір	Принцип аналізу – проведення реакції моноплексної ПЛР у реальному часі з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією. Ресстрація реакції – флуориметричний метод по двом каналам: FAM/Green та контроль біометеріалу по каналу HEX/Yellow. Формат: на 96 реакцій. Загальний час проведення реакції приблизно 120 хвилин. Чутливість: 1x10³*копій/мл копій специфічної ДНК мішені на 1 мл біологічного зразка. Діагностична чутливість – не менше 98%. Діагностична специфічність набору складає не менше 98%. З наборами для виділення від інших виробників чутливість може відрізнятися. Зразок для аналізу: кров, сироватка крові, ліквор, синовіальна рідина, біоптати шкіри, кліщі. Об’єм досліджуваного зразка: 10 мкл ДНК-проби. Буфер, готовий до використання (1.5 мл), прозора рідина від безбарвного до рожевого кольору. Полімераза, готова до використання (0.1 мл), прозора безбарвна рідина. ПКЗ, готовий до використання (0.3 мл), прозора безбарвна рідина. НКЗ – негативний контрольний зразок, готовий до використання (0.5 мл) прозора безбарвна рідина. ВКЗ - внутрішній контрольний зразок, готовий до використання (1.0 мл), прозора безбарвна рідина.

5	Очікувана вартість предмета закупівлі	3600,00 грн з ПДВ, Державний бюджет КЕКВ 2220
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет на у системі Прозорро. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозорро» на надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником.

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНИК