

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	<i>Середовище для виділення і диференціації Candida spp. включаючи C.auris. /CHROMagar Candida plus (1L) (Код НК 024:2023 58563); Хромогенне середовище для виділення і диференціації патогенів сечових шляхів / CHROMagar™ Orientation / (1L) (Код НК 024:2023 58694); Хромогенне середовище для виявлення та виділення Salmonella spp. / CHROM Salmonella (1L) (Код НК 024:2023 58571); Хромогенне середовище для виділення і виявлення Pseudomonas spp/ CHROMAGAR™ Pseudomonas на 1 л. (Код НК 024:2023 62496); Хромогенне середовище для виявлення і диференціації Streptococcus A (S. pyogenes) / CHROM Strep A / чашка Петрі (Код НК 024:2023 58607) за кодом ДК 021:2015: 24930000-2 Фотохімікати_</i>		
2	Вид процедури	Відкриті торги, з особливостями		
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-11-28-016342-a		
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника		
		№ з\п	Найменування товару	Кількість флаконів до замовлення
		1	Середовище для виділення і диференціації Candida spp. включаючи C.auris. /CHROMagar Candida plus (1L)	1
		2	Хромогенне середовище для виділення і диференціації патогенів сечових шляхів / CHROMagar™ Orientation / (1L)	1
		3	Хромогенне середовище для виявлення та виділення Salmonella spp. / CHROM Salmonella (1L)	1
		4	Хромогенне середовище для виділення і виявлення Pseudomonas spp/ CHROMAGAR™ Pseudomonas на 1 л.	1
		5	Хромогенне середовище для виявлення і диференціації Streptococcus A (S. pyogenes) / CHROM Strep A / чашка Петрі	10
		№ з\п	Найменування товару	Технічні вимоги
		1	Середовище для виділення і диференціації Candida spp. включаючи C.auris. /CHROMagar Candida plus (1L)	1. Хромогенне поживне середовище використовуються для скринінгу на наявність Candida spp. включаючи C.auris. у пацієнтів (далі середовища), які потребують ізоляції або нагляду в межах заходів інфекційного контролю, спрямованих на попередження поширення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги 2. Середовище повинне містити багату поживну основу та селективну суміш, яка включає антибіотик/суміш антибіотиків та ключовий субстрат. 3. Середовища повинні забезпечувати одночасне виділення та ідентифікацію Candida spp. включаючи C.auris. в біологічних матеріалах шляхом визначення специфічної

			ферментативної активності за рахунок відповідно специфічного забарвлення колоній, що вирости на поверхні агару. Хромогенне середовище для виявлення виділення та диференціювання <i>Candida</i> spp. включаючи <i>C.auris</i>. повинно проявляти інгібуючу активність до більшості грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Середовище повинно забезпечувати пряму ідентифікацію <i>Candida</i> spp. включаючи <i>C.auris</i> 5. Кожна чашка має мати відповідне маркування. 6. Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства. 7. До середовища повинна додаватись інструкція українською мовою.
	2	Хромогенне середовище для виділення і диференціації патогенів сечових шляхів / CHROMagar™ Orientation / (1L)	1. Хромогенне поживне середовище використовуються для скринінгу на виділення і диференціації патогенів сечових шляхів у пацієнтів (далі середовища), які потребують ізоляції або нагляду в межах заходів інфекційного контролю, спрямованих на попередження поширення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги 2. Середовище повинне містити багату поживну основу та селективну суміш, яка включає антибіотик/суміш антибіотиків та ключовий субстрат. 3. Середовища повинні забезпечувати одночасне виділення та ідентифікацію в біологічних матеріалах шляхо виділення і диференціації патогенів сечових шляхів м визначення специфічної ферментативної активності за рахунок відповідно специфічного забарвлення колоній, що вирости на поверхні агару. Хромогенне середовище для виявлення виділення та диференціювання виділення і диференціації патогенів сечових шляхів повинно проявляти інгібуючу активність до більшості грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Середовище повинно забезпечувати пряму ідентифікацію патогенів сечових шляхів. 5. Кожна чашка має мати відповідне маркування. 6. Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства. 7. До середовища повинна додаватись інструкція українською мовою.
	3	Хромогенне середовище для виявлення та виділення <i>Salmonella</i> spp. / CHROM Salmonella (1L)	1. Хромогенне поживне середовище використовуються для скринінгу на наявність <i>Salmonella</i> spp. . у пацієнтів (далі середовища), які потребують ізоляції або нагляду в межах заходів інфекційного контролю, спрямованих на попередження поширення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги 2. Середовище повинне містити багату поживну основу та селективну суміш, яка включає антибіотик/суміш антибіотиків та ключовий субстрат. 3. Середовища повинні забезпечувати одночасне виділення та ідентифікацію <i>Salmonella</i> spp. в біологічних матеріалах шляхом визначення специфічної ферментативної активності за рахунок відповідно специфічного забарвлення колоній, що вирости на поверхні агару. Хромогенне середовище для виявлення виділення та диференціювання <i>Salmonella</i> spp. . повинно проявляти інгібуючу активність до більшості грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Середовище повинно забезпечувати пряму ідентифікацію <i>Salmonella</i> spp. 5. Кожна чашка має мати відповідне маркування. 6. Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства.

			7. До середовища повинна додаватись інструкція українською мовою.
	4	Хромогенне середовище для виділення і виявлення <i>Pseudomonas</i> spp/ CHROMAGAR™ <i>Pseudomonas</i> на 1 л.	1. Хромогенне поживне середовище використовуються для скринінгу на наявність <i>Pseudomonas</i> spp. у пацієнтів (далі середовища), які потребують ізоляції або нагляду в межах заходів інфекційного контролю, спрямованих на попередження поширення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги 2. Середовище повинне містити багату поживну основу та селективну суміш, яка включає антибіотик/суміш антибіотиків та ключовий субстрат. 3. Середовища повинні забезпечувати одночасне виділення та ідентифікацію <i>Pseudomonas</i> spp. в біологічних матеріалах шляхом визначення специфічної ферментативної активності за рахунок відповідно специфічного забарвлення колоній, що вирости на поверхні агару. Хромогенне середовище для виявлення виділення та диференціювання <i>Pseudomonas</i> spp. повинно проявляти інгібуючу активність до більшості грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Середовище повинно забезпечувати пряму ідентифікацію <i>Pseudomonas</i> spp. 5. Кожна чашка має мати відповідне маркування. 6. Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства. 7. До середовища повинна додаватись інструкція українською мовою.
	5	Хромогенне середовище для виявлення і диференціації <i>Streptococcus</i> A (<i>S. pyogenes</i>) / CHROM Strep A / чашка Петрі	1. Хромогенне поживне середовище використовуються для скринінгу на наявність <i>Streptococcus</i> A (<i>S. pyogenes</i>) у пацієнтів (далі середовища), які потребують ізоляції або нагляду в межах заходів інфекційного контролю, спрямованих на попередження поширення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги 2. Середовище повинне містити багату поживну основу та селективну суміш, яка включає антибіотик/суміш антибіотиків та ключовий субстрат. 3. Середовища повинні забезпечувати одночасне виділення та ідентифікацію <i>Streptococcus</i> A (<i>S. pyogenes</i>) в біологічних матеріалах шляхом визначення специфічної ферментативної активності за рахунок відповідно специфічного забарвлення колоній, що вирости на поверхні агару. Хромогенне середовище для виявлення виділення та диференціювання <i>Streptococcus</i> A (<i>S. Pyogenes</i>). повинно проявляти інгібуючу активність до більшості грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Середовище повинно забезпечувати пряму ідентифікацію <i>Streptococcus</i> A (<i>S. pyogenes</i>) 5. Кожна чашка має мати відповідне маркування. 6. Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства. 7. До середовища повинна додаватись інструкція українською мовою.
Очікувана вартість предмета закупівлі	18 391,20 з ПДВ, Державний бюджет, КПК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».		
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет, у системі Прозорро, а також на підставі комерційної пропозиції. Очікувана вартість розрахована та надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником.		

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНИК

