

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки (ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання)	
2	Вид процедури	Відкриті торги, з особливостями	
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-06-10-014139-a	
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника	
		Призначення обладнання та технічні характеристики	
		Послуга з калібрування Термостат сухоповітряний з охолодженням ТСО -80 Кількість 2 шт	Лабораторний термостат з охолодженням призначений для забезпечення та підтримання стабільного температурного режиму під час проведення мікробіологічних, бактеріологічних, клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, біохімічних та інших лабораторних досліджень. Обладнання повинно забезпечувати підтримання температури в робочій камері в діапазоні від +1 °C до +70 °C , похибка $\pm 0,5$ °C, з автоматичним регулюванням та підтриманням заданої температури в межах встановленої точності протягом усього циклу роботи .
	Очікувана вартість предмета закупівлі	4 444,00 грн. з ПДВ, Державний бюджет, КПК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».	
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет, у системі Прозорро, а також на підставі комерційної пропозиції. Очікувана вартість розрахована та надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником.	

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНИК

