

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки (ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання)		
2	Вид процедури	Відкриті торги, з особливостями		
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-06-10-014263-a		
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Замовник здійснює закупівлю послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника		
		Найменування	Технічні (якісні) вимоги до товару	Кількість
		Калібрування	Характеристики Діапазон вимірювання швидкості, м/с Чутливість, не більше, м/с Час вимірювання, и Час індикації, и Габаритні розміри вимірювального перетворювача, мм Габаритні розміри цифрового вимірювального приладу, мм Габаритні розміри зарядного пристрою, мм Споживана потужність, Вт Середній термін служби анемометра, років Вага, кг Тип датчика АП1-1 (Крилатий) від 0,3 до 5 0,2 5 3 110x105x106 183x83x35 76x65x98 1,5 8	Анемометр АП-1, з/№13316-1шт.
			Проведення калібрування ЗВТ із оформленням сертифіката або свідоцтва про калібрування з наданням висновку про відповідність характеристик ЗВТ документації Замовника відповідно до вимог п. 2.1 Політики НААУ ЗД 08.00.09 «Політика щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності, відповідно до заявленої сфери акредитації», ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» або довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки.	

Технічні характеристики термоанемометра testo 405V1 з телескопічним зондом 1 шт:

Діапазон вимірювання повітряного потоку	від 0 до 10 м/с
Діапазон вимірювання температури	від -20 до +50 °C
Похибка	від $\pm 0,1$ м/с; $\pm 0,5$ °C
Робоча температура	від 0 до +50 °C
Живлення	3 батарейки типу ААА
Габарити	490 x 37 x 36 мм
Довжина зонда: 300 мм	300 мм
Вага	100 г
умови	Наявність гарантійного обслуговування не менше 12 місяців; наявність у постачальника сервісної служби (каліброва, повірка). Сертифікація в Україні.

Технічні характеристики люксметра testo 540 вимірювач освітленості – 1 шт:

Робочий діапазон	0~100 kLux, 0~10 kFc
Разрешение	0~20 kLux - 1 Люкс Вище – 10 люкс
Похибка	$\pm 3\% + 1$ поділка
Датчик освітленості	Кремнієвий фотодіод, клас захисту IP40
Спектральний діапазон	CIE photopic (видимий спектр)
Індикація переповнення	✓
Індикація низкого заряду	✓
Автовідключення	✓
HOLD/MAX/MIN	✓
Підсвітлювання	✓
Живлення	2×1.5 В ААА
Ресурс батареї (без підсвітлювання)	200 часів
Вимоги експлуатації	0~50 °C
Умови зберігання	-40~+70 °C
Габарити, мм	133×46×25
Вага с батарейкою и захисною кришкою, г	95
Гарантія	2 роки

Технічні характеристики багатофункціонального вимірювального приладу (5 в 1) Flus ET-965- 1 шт:

Діапазон вимірювання освітленості	від 0 до 200 кЛюкс (0...20kFc) Точність $\pm 4\% \pm 0,5\%$ (<10,000люкс)
Діапазон вимірювання шуму	від 35 до 130 дБ Частотний діапазон від 31,5 Гц до 130 дБ Точність ± 2 дБ

		Діапазон вимірювання вологості	від 10 до 95% RH Точність ± 5% RH
		Діапазон вимірювання температури	від -40 до +70 °C (від -40 до 158°F) Точність ±2 °C
		Діапазон вимірювання швидкості	Від 0,5 до 30,0 м/с; 1,8...108,0 км/год; 98...5905 Фут/хв; 0,9 до 58,3 knots; 1,1 до 97,0 mph Точність ± (3% r ±0,3d) Дозвіл 0,1 Загальна точність Сіе стандарт А (2856k)
		Гарантійний термін	1 рік
		умови	Наявність гарантійного обслуговування не менше 12 місяців; наявність у постачальника сервісної служби (каліброва, повірка). Сертифікація в Україні.
	Очікувана вартість предмета закупівлі	24746,40 грн. з ПДВ, Державний бюджет, КПК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями».	
	Обґрунтуванн я очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет, у системі Прозорро, а також на підставі комерційної пропозиції. Очікувана вартість розрахована та надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником.	

Уповноважена особа

Тетяна ТРЕТИНИК

