

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Ужгородська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ"
Юридична адреса: Україна, Закарпатська область, Ужгород, 88008, вул. Грибоедова, 20/Г
Фактична адреса: Україна, Закарпатська область, Ужгород, 88008, вул. Грибоедова, 20/Г
Код ЄДРПОУ: 38533513
Установа зазначена у пункті 3 частини першої статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі".

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Переносний багатоканальний газоаналізатор для вимірювання концентрації хлору, оксиду вуглецю, діоксиду сірки, сірководню, аміаку в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори (38432100-3 Газоаналізатори))

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-01-005698-a (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-01-005698-a>)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Ужгородської філії ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ" та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі визначені у додатку №2 до тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю товарів.

№ п/п	Найменування	Кількість	Вимоги до технічних характеристик та комплектації товару	*заповнюється Учасником на відповідність (у випадку, якщо учасник пропонує еквівалент, він прописує технічні характеристики пропонованого ним обладнання для оцінки їх відповідності потребам замовника)
1.	Переносний багатоканальний газоаналізатор для вимірювання концентрації хлору, оксиду вуглецю, діоксиду сірки, сірководню, аміаку в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі	1 шт.	1. Діапазон вимірювань, не менше: - хлор (Cl ₂): 0 – 10 млн ⁻¹ ; - оксид вуглецю (CO): 0 – 500 млн ⁻¹ ; - діоксид сірки (SO ₂): 0 – 20 млн ⁻¹ ; - сірководень (H ₂ S): 0 – 50 млн ⁻¹ ; - аміак (NH ₃): 0 – 100 млн ⁻¹ 2. Метод відбору проби – примусовий за допомогою вбудованого насоса 3. Принцип дії первинних перетворювачів: електрохімічний; 4. Ціна поділки відлікового пристрою (роздільна здатність): - Cl ₂ , NH ₃ , SO ₂ , H ₂ S, – не більше 0,01 млн ⁻¹ ; - CO – не більше 1 млн ⁻¹ 5. Час реакції – не більше 10 с. 6. Клас механічного захисту – IP 65 або краще 7. Одиниці відображення вимірюваної інформації - мг/м ³ та млн ⁻¹ 8. Можливість програмного налаштування рівня потужності вбудованого насоса. 9. Налаштування не менше ніж 2 порогів	

		<p>спрацювання звукової, світлової сигналізації</p> <p>10. Можливість перегляду на екрані приладу вимірних даних, встановлення часового інтервалу збереження даних, зберігання у пам'яті приладу не менше 100 000 вимірних даних та їх завантаження на комп'ютер.</p> <p>11. Вага – не більше 350 г</p> <p>12. Габаритні розміри – не більше 230x75x35 мм</p> <p><u>Комплект постачання:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Газоаналізатор - Зарядний пристрій - USB – кабель - Кейс для приладу та аксесуарів - Інструкція експлуатації - Паспорт <p>Учасник повинен надати свідоцтво про калібрування згідно ISO 17025 та засвідчену копію декларації відповідності та сертифікату відповідності по модулю F Технічному Регламенту №94 щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки при постачанні товару</p>	
--	--	--	--

Рік виготовлення товару: **не раніше 2024 року.**

Гарантійний строк: 12 місяців від дати введення в експлуатацію.

Учасник повинен засвідчити якість товару належними документами, які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції (копії сертифікатів якості ISO 9001:2015, сертифікат відповідності стандарту RoHS, ЕС-декларацій відповідності, технічних паспортів, тощо.)

Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам щодо даного предмету закупівлі шляхом посилання на відповідну технічну документацію українською мовою (таблиця відповідності), яка надаються у складі тендерної пропозиції.

Вся технічна документація на запропонований товар **повинна бути українською мовою** (у разі надання документів іншими мовами Учасник повинен надати відповідний переклад на українську мову).

У разі, якщо Учасник не є виробником обладнання, він повинен надати сертифікат представництва виробника на території України або оригінал листа від офіційного імпортера (дилера, дистриб'ютора) такого обладнання в Україні, в якому офіційний імпортер (дилер, дистриб'ютор) в Україні гарантує поставити Учаснику товар належної якості, у необхідній кількості та в установленний термін, справну роботу обладнання в межах гарантійного строку та обслуговування цього обладнання в гарантійний та післягарантійний період.

У разі якщо має місце посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Під «еквівалентом» Замовник та Учасник розуміють товар тієї ж цінової категорії, який за своїми якісними та технічними характеристиками відповідає (не поступається) зазначеному вище.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 105 000,00 грн. (Сто п'ять тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.

6. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено згідно Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість ґрунтується на всіх фактичних складових цінах та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

7. Процедура закупівлі

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями), з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178(зі змінами).

ДИРЕКТОР

**УФ ДУ «Закарпатський обласний
центр контролю та профілактики
хвороб МОЗУ»**



Олександр ПШЕНИЧНИЙ

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

**УФ ДУ «Закарпатський обласний
центр контролю та профілактики
хвороб МОЗУ»**



Маргарита ШЕРШУН

«01» листопада 2024 року