

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Інфрачервоний стерилізатор код 33190000-8 Медичне обладнання та виробництва медичного призначення різні за ДК 021:2015 (код 16828 Стерилізатор інокуляційних петель за НК 024:2023)	
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги (у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України № 1178 від 12.10.2022 року)	
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-03-06-002084-a	
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Живлення	220В; 150 Вт
		Максимальна температура всередині камери	825°C ± 50°C
		Постійна температура в режимі очікування	два температурні режими 400 °C і 850°C
		Максимальний діаметр стер камери	↑ 35 мм
		Довжина стерилізатора	100 мм
		Час нагрівання	10 хв
		Робочі умови	5 ~ 40°C
		Відносна вологість	≤90%
		Габаритні розміри	147x130x200мм
		Вага	1.4кг
		Інфрачервоний стерилізатор має бути призначений для стерилізації різноманітних дрібних предметів за високих температур і короткочасної витримки. Стерилізація повинна займати 5-7 секунд. Стерилізатор повинен бути безпечним для працівників, що забезпечується роботою без візуального вогню.	
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до наказу Міністерством охорони здоров'я України коштів за закупівлю такого товару та виділення коштів.	
6	Очікувана вартість предмета закупівлі	65000,00 грн. КЕКВ 2210	
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість встановлена відповідно розрахунків Міністерства охорони здоров'я для закупівлі даного виду обладнання для Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».	

Уповноважена особа

Олександра БІЛЬКІНА