

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів код 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації за ДК 021:2015; Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів код 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації за ДК 021:2015
2	Вид процедури	Процедура закупівлі – відкриті торги (у порядку, визначеному особливостями постанови КМ України № 1178 від 12.10.2022 року)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-02-22-010579-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Диспансер для дисків з антибіотиками на 6 картриджів</p> <p>Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 6 дисків з антибіотиками на поверхні агару, що знаходиться в чашках Петрі 90мм</p> <p>Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків</p> <p>Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)</p> <p>Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності, приблизно, в 16 см.</p> <p>Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами всередині при температурі 2-8°C</p> <p>Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру</p> <p>Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником</p> <p>Супровідна документація:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керівництво користувача українською мовою. <p>Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M</p> <p>Диспансер для дисків з антибіотиками на 8 картриджів</p> <p>Прилад, з допомогою якого можна розміщувати до 8 дисків з антибіотиками на поверхні агару, що знаходиться в чашках Петрі 90мм</p> <p>Наявність на вершині контейнера ярлика для ідентифікації антибіотиків</p> <p>Можливість регулювання висоти основи (підніматись та опускатись на 1 см)</p> <p>Забезпечення розміщення дисків на однаковій відстані один від одного, вздовж окружності, приблизно, в 16 см.</p> <p>Конструкція має забезпечувати можливість зберігання диспенсеру з картриджами всередині при температурі 2-8°C</p> <p>Конструкція має забезпечувати можливість деконтамінації диспенсеру</p> <p>Інсталяцію приладу, гарантійне обслуговування протягом, не менше, 1 року повинні проводити інженери, навчені й сертифіковані компанією-виробником</p> <p>Супровідна документація:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керівництво користувача українською мовою. <p>Сумісність з картриджами з дисками виробництва компанії SANIMED-M</p>
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно Міністерством охорони здоров'я України відповідно до розрахунку та виділення коштів на закупівлю такого виду обладнання
6	Очікувана вартість предмета закупівлі	120 000,00 грн. КЕКВ 2210
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість встановлена відповідно розрахунків Міністерства охорони здоров'я для закупівлі даного виду обладнання для Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».